

# 翁牛特旗五分地镇畜牧业社会化服务中心 建设项目 - 设备采购初次报价询价公告

翁牛特旗农牧局计划采购翁牛特旗五分地镇畜牧业社会化服务中心建设项目 - 设备采购，拟采用询价方式采购。欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

## 一、项目概述：

1. 项目名称：翁牛特旗五分地镇畜牧业社会化服务中心建设项目 - 设备采购；

2. 项目预算资金：508431.95 元；

序号	标的名称	单位	数量	预算单价 (元)	预算总价 (元)	所属行业
1	兽用数字化摄影 X 射线机	台	1	463250.00	463250.00	工业
2	兽用全数字超声诊断仪	台	2	9810.00	19620.00	工业
3	新型保定枷	架	1	25561.95	25561.95	工业

## 3. 项目技术要求：

(1) 服务内容包括：采购兽用数字化摄影 X 射线机 1 台、兽用全数字超声诊断仪 2 台，新型保定枷 1 架。

(2) 服务期限：自合同签订之日起 20 日内将货物运送至甲方要求地点，具体安装、调试验收，根据甲方施工计划进

行。

(3) 付款方式：交付完成且调试验收合格后一次性拨付 100% 货款。

## 二、供应商的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2. 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，相关信用情况通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询。

3. 本项目不接受联合体参与。

4. 特定资格要求：供应商具有《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产企业许可证》

## 三、报名地点及时间

报名时间：2026 年 5 月 19 日至 2026 年 5 月 25 日，每个工作日上午 8:30-12:00，下午 14:30-17:30。

报名地点：内蒙古赤峰市和美建材城 B19 号楼东入口上 506；

报名供应商须在规定报名时间内将以下纸质版材料（两份加盖单位公章）邮寄至上述报名地点或将报名的纸质版材料扫描件以 PDF 格式发送至代理机构邮箱

(1140549314@qq.com)：

1. 三证合一或多证合一营业执照副本；

2. 开户行许可证;
3. 授权委托书 (附件3) 及被授权人身份证复印件;
4. 初次报价单(附件2)后附已标价采购清单 (附件1 ) ;
5. 政府采购供应商资格信用承诺函 (附件4) ;
6. 供应商基本信息表 (附件5) ;
7. 信用中国: 失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单网页查询截图并加盖企业公章。
8. 中国政府采购网: 政府采购严重违法失信行为记录名单网页查询截图并加盖企业公章。
9. 供应商具有《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械生产企业许可证》

采购代理机构在报名结束后 1 个工作日内向采购人递交参与本次询价报名合格的供应商名单及报名资料, 采购人根据初次报价并综合审查后, 向符合报名条件且报价依次最低的三家供应商发出《询价邀请函》, 三家供应商按照《询价邀请函》的要求按时参加询价, 参加询价的三家供应商的最终总报价及采购清单的分项报价均不得高于本次初次总报价及采购清单的分项报价。

#### 四、其他

本公告根据“翁牛特旗农牧局关于印发《翁牛特旗农牧局各项制度》的通知”制定, 并在翁牛特旗人民政府网站上

发布本公告。

## 五、联系方式

采购单位名称: 翁牛特旗农牧局

地址: 翁牛特旗乌丹镇农牧大厦

邮政编码: 024500

联系人: 徐嘉奇

联系电话: 0476-6322378

电子邮箱: 18947462017@163.com

代理机构名称: 内蒙古恒希工程项目管理有限责任公司

地址: 内蒙古赤峰市和美建材城 B19 号楼东入口上 506

邮政编码: 024000

联系人: 张艺博

联系电话: 18748020114

电子邮箱: 1140549314@qq.com

附件: (1) 采购清单

(2) 初次投标报价函

(3) 授权委托书

(4) 政府采购供应商资格信用承诺函

(5) 供应商基本信息表



翁牛特旗农牧局

2026年5月18日

附件 1

## 采购清单

序号	名称	规格	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	参数	备注
1	兽用数字化摄影 X 射线机	/	1	台			1. 名称：兽用数字化摄影X射线机 2. 适用范围：牛、马 3. 1. 电源 1.1电压：380V 1.2频率：50Hz 1.3容量：≥125kVA 1.4内阻：≤0.11Ω 2. 具备高压发生装置 2.1最大输出功率：≥80kW(100kV、800mA、0.1s) 2.2主逆变频率：≥500KHz 2.3最大摄影管电压：≥150kV 2.4最大摄影管电流：≥1000mA 2.5摄影时间：1.0ms~10000ms 分档调节 2.6摄影mAs：0.1~1000 mAs 2.7高压变压器结构：非工频 3. X射线管组件 3.1靶材：铯-钨合金的钨靶 3.2靶角：≥12° 3.3永久滤过：≥1mm AL / 75kV	

						<p>3.4工作电压：40~150 kV</p> <p>3.5管容器的温度范围：16~75℃，正常使用时</p> <p>3.6输出功率：大焦点<math>\geq 107\text{kW}</math>（180Hz，0.1s时） 小焦点<math>\geq 45\text{kW}</math>（180Hz，0.1s时）</p> <p>3.7阳极热容量：<math>\geq 283\text{kJ}</math>（400KHU）</p> <p>3.8阳极最大热耗散：<math>\geq 1200\text{W}</math></p> <p>3.9组件热容量：<math>\geq 1000\text{kJ}</math>（1350KHU）</p> <p>3.10最大旋转阳极速度：<math>\geq 10800/\text{Min}</math></p> <p>3.11球管焦点：大焦点<math>\geq 1.2</math>/小焦点<math>\leq 0.6</math></p> <p>4. 限束器</p> <p>4.1照度：<math>\geq 200 \text{ lux}</math>（SID=1000mm时）</p> <p>4.2光源限时：<math>\geq 30\text{s} \pm 2\text{s}</math></p> <p>4.3铅门控制方式：手动</p> <p>5. 吊架</p> <p>5.1纵向行程（电动控制）：<math>\geq 1900\text{mm}</math></p> <p>5.2上下行程（电动控制）：<math>\geq 1500\text{mm}</math>，最低离地<math>\leq 350\text{mm}</math></p> <p>5.3 最大SID行程（电动控制）：<math>\geq 1800\text{mm}</math></p> <p>5.4栅栏：栅栏的宽度<math>\geq 700\text{mm}</math></p> <p>5.5球管自动跟随平板移动</p> <p>5.6滤线栅：<math>\geq 18'' \times 18''</math> 103LP/INCH 10:1 焦距150cm</p> <p>6. 平板探测器</p> <p>6.1闪烁体材料：碘化铯</p> <p>6.2成像材料：非晶硅</p> <p>6.3有效面积：<math>\geq 430(\text{H}) \times 430(\text{V})</math></p> <p>6.4像素矩阵：<math>\geq 3072(\text{H}) \times 3072(\text{V})</math></p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>6.5像素间距：<math>\leq 139\mu\text{m}</math></p> <p>6.6空间分辨率：衰减体模：<math>\geq 3.71\text{lp/mm}</math> 25mm厚铝 衰减体模：<math>\geq 3.41\text{lp/mm}</math></p> <p>6.7 A / D转换：<math>\geq 16\text{bit}</math></p> <p>6.8能量范围：40 ~ 150 kVp</p> <p>6.9电源输入：DC +24V/4.77A</p> <p>6.10能耗：Max 45W</p> <p>7. 图像采集工作站计算机系统</p> <p>7.1计算机系统： 正版操作系统</p> <p>7.2处理器： 不低于2.5GHz，8核</p> <p>7.3内存：<math>\geq 8\text{G}</math></p> <p>7.4硬盘：<math>\geq 256</math>固态硬盘+1TB机械硬盘</p> <p>8. 工作站软件 配套</p>	
2	兽用全数字超声诊断仪	/	2	台		<p>1. 名称：兽用全数字超声诊断仪</p> <p>2. 规格参数：</p> <p>适用范围：内置图像伪彩处理功能，图像灰阶256级。具有B模、B/B模、B/M模、M模四种扫描模式，可实现图像存储、调出；实时、冻结、放大显示；病历号注释；距离、心率、斜率、时间测量；通过多种方式测量猪、马、牛、羊、猫、狗的孕龄。</p> <p>技术参数：图片存储：<math>\geq 64</math> 幅</p> <p>扫描深度：70mm~140mm</p> <p>屏幕尺寸：<math>\geq 5.6</math> 英寸</p>	

						灰阶：256级 图像翻转：上/下，左/右 图像处理：图像平滑、锐化、直方图、伽马校正、伪彩 测量方式：Freehand，椭圆，距离，周长、面积、体积 医院、姓名、年龄、性别、日期、时间 注释：全屏字符注释标记 报告：支持 扫描模式：B, B+B, B+M, M, 焦点位置调节：支持 电影回放：≥400 Frames 输出：视频输出口、USB2.0口 体标：≥16种 电池：≥内置 5200mAh 最大功耗：≤100VA 连续工作时间：≥3 小时 产品尺寸：≥220×140×40mm 标准配置： 主机一台 电子凸阵探头一支（材质：塑料；频率：≥2.5Hz） 背带一根 支架一个	
--	--	--	--	--	--	--	--

							车载充电器一个 电源适配器一个 硅胶保护套一个	
3	新型保定枷	/	1	台			1. 名称：新型保定枷 2. 外形尺寸（长*宽*高）：≥3500*1400*2400mm 3. 挤压宽度：190—50mm 4. 材质 焊接钢管外刷防锈漆调和漆，壁厚≥2.5mm	

注：以上条款全部为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效；具体要求及佐证材料详见询价通知书。

附件 2:

## 初次投标报价函

项目名称：翁牛特旗五分地镇畜牧业社会化服务中心建设项目—设备采购

单位：人民币(元)

序号	货物名称	单价	数量	总价
1				
2				
3				
...				

备注：所投货物品类参数需满足附件 1 采购清单参数。

投标人名称：(盖章)

法定代表人或委托代理人：(签名)

年 月 日

附件 3

### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_ (姓名) 系\_\_\_\_\_ (供应商名称) 的法定代表人, 现委托  
\_\_\_\_\_ (姓名) 为我方代理人, 参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 的初次报价询价活动。代  
理人根据授权, 以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改询价项目响应文  
件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。委托期限:\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

供应商(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人(签字): \_\_\_\_\_

授权委托人(签字): \_\_\_\_\_

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 政府采购供应商资格信用承诺函

致：（翁牛特旗农牧局、内蒙古恒希工程项目管理有限责任公司）

我方参与（项目名称：翁牛特旗五分地镇畜牧业社会化服务中心建设项目—设备采购）的初次报价询价活动，现承诺如下：

我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的全部内容。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商（全称并加盖公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附件 5

### 供应商基本信息表

项目名称：翁牛特旗五分地镇畜牧业社会化服务中心建设项目—设备采购  
日期：

供应商名称 (加盖公章)	
注册地址	
法定代表人	
组织机构代码证号	
联系人	
联系人电话	
联系邮箱	

注：请供应商保证填写信息的真实性。